


江门市凯林贸易有限公司

产品检验报告

|      |                    |      |                                                                      |
|------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 标准名称 | 即用 MH 琼脂培养基 (KB 法) |      |                                                                      |
| 注册证号 | 粤械注准 20172400946   | 检测要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 全性能 <input type="checkbox"/> 有效期 |
| 产品批号 | 250331             | 样品数量 | 10 个                                                                 |
| 产品规格 | 9cm                | 检验日期 | 2025 年 3 月 31 日                                                      |

| 项目   |      | 技术要求                                                                                                                  |         |                                |                                 |                                | 实测结果 | 单项判断 |                                |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|------|--------------------------------|
| 性能指标 | 理化要求 | 1.1.1 外观<br>a)培养基的琼脂表面应光滑平整，无裂痕和气泡。<br>b)琼脂的颜色应为微黄、透明。                                                                |         |                                |                                 |                                | ☑符合  | ☑合格  |                                |
|      |      | 1.1.2 厚度<br>培养基琼脂厚度应为 4.0mm±0.2mm。                                                                                    |         |                                |                                 |                                | 4.0  | ☑合格  |                                |
|      |      | 1.1.3 无菌试验<br>培养基应无菌生长。                                                                                               |         |                                |                                 |                                | ☑符合  | ☑合格  |                                |
|      | 药敏试验 | 1.2 按照临床和实验室标准协会 [CLSI，原美国国立临床实验室标准化委员会（NCCLS）] 发布的抗微生物药物敏感性试验执行标准（第 15 版）要求，培养基接种质控菌应生长良好，抑菌圈应符合下表要求：<br>药敏试验抑菌圈允许范围 |         |                                |                                 |                                | ☑符合  | ☑合格  |                                |
|      |      | 抗生素名称                                                                                                                 | 纸片抗生素含量 | 大肠埃希氏菌（ATCC 25922）<br>抑菌圈直径/mm | 金黄色葡萄球菌（ATCC 25923）<br>抑菌圈直径/mm | 铜绿假单胞菌（ATCC 27853）<br>抑菌圈直径/mm |      |      | 大肠埃希氏菌（ATCC 35218）<br>抑菌圈直径/mm |
|      |      | 氨苄青霉素                                                                                                                 | 10 μg   | 16~22                          | 27~35                           | -                              |      |      | 纸片直径                           |
|      |      | 哌拉西林                                                                                                                  | 100 μg  | 24~30                          | -                               | 25~33                          |      |      | 12~18                          |
|      |      | 庆大霉素                                                                                                                  | 10 μg   | 19~26                          | 19~27                           | 16~21                          |      |      | -                              |
|      |      | 环丙沙星                                                                                                                  | 5 μg    | 30~40                          | 22~30                           | 25~33                          |      |      | -                              |
|      |      | 氯霉素                                                                                                                   | 30 μg   | 21~27                          | 19~26                           | -                              | -    |      |                                |



江门市凯林贸易有限公司

|                                                                                                                                                                                                  |         |                        |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------|-------|-------|
| 青霉素                                                                                                                                                                                              | 10units | -                      | 26~37 | -     | -     |
|                                                                                                                                                                                                  | 四环素     | 30 $\mu$ g             | 18~25 | 24~30 | -     |
|                                                                                                                                                                                                  | 头孢他啶    | 30 $\mu$ g             | 25~32 | 16~20 | 22~29 |
|                                                                                                                                                                                                  | 氧氟沙星    | 5 $\mu$ g              | 29~33 | 24~28 | 17~21 |
|                                                                                                                                                                                                  | 复合磺胺    | 1.25/23<br>.75 $\mu$ g | 23~29 | 24~32 | -     |
| <p>临床和实验室标准协会 [CLSI, 原美国国立临床实验室标准化委员会 (NCCLS)] 发布的抗微生物药物敏感性试验执行标准 (第 15 版) 中规定为 6mm, 这也是美国所采用的纸片的直径, 即该抗生素对该菌无抑制作用, 不产生抑菌圈。但是由于菌株产生变异, 会被抑制, 该项实验一定要进行以确证菌株未产生变异。而各国的纸片直径会有所不同, 故此按表中所述进行规定。</p> |         |                        |       |       |       |
| 备注:                                                                                                                                                                                              |         |                        |       |       |       |

质检人员: 陈复有  
(签字)

审核人员: 于霞  
(签字)

检验部门:  
(盖章)

